

**ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI**

Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma  
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 - Rev. 03

## **AGGLUTINOSCOPIO**

**MOD. 705**

**COD. 29980001**

**CODICE CIVAB TILASA75**



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-010.

**ASAL s.r.l.** Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

Http://www.asal.it - e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

## DESCRIZIONE

L'agglutinoscopio mod. 705 è costituito da un corpo basculante in acciaio con verniciatura in polvere antiacida e da una lastra in resina acrilica per una diffusione uniforme della luce. Con il regolatore è possibile impostare l'intensità della luce e della temperatura. Termometro tarato a 37° C.  
Interruttore di accensione luminoso.


## CARATTERISTICHE

### DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano lavoro LxP: 250 x 85 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 360 x 180 x 150 mm.
- ◆ Peso: 3 Kg.

### DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento: 40 W (n°2 lampade 1x25 W + 1x15 W)
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 0.5 A F (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  
DECLARATION OF CONFORMITY**



**Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio  
The under written as manufacturer declares that the unit**

Denominazione apparecchio / Description:  
**AGGLUTINOSCOPIO / AGGLUTINOSCOPE**

Modello / Model:

**705**

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:

**230 V - 50 Hz**

Fusibili di protezione / Overload fuses:

**2 x 0.5 AF (5x20) mm.**

Grado di protezione / Protection grade:

**I°**

Assorbimento / Electrical input:

**40 W**

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / *it is in conformity with the following Directives:*  
**2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2002/96/CE**

alle seguenti Norme Europee / *with the following european standards:*  
**CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-010**

alle seguenti Leggi Nazionali / *with the following National Laws:*  
**D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible:*  
**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),  
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

**ASAL s.r.l**

Il Legale Rappresentante  
The legal Representative  
Elisa Tivelli

